

1000bp Ldder DNA Marker

产品信息:

型号	规格	浓度	保存条件
GMD1000	250ul×4支	450ng/5ul	融化后于4℃, -20℃永久保存。

产品简介:

GenXion[®] DNA Marker均通过酶切质粒得到, 该工艺生产的Marker背景干净、条带清晰, 质量稳定且能对 Marker精确定位。产品含有青色和黄色两种染料, 电泳时可通过颜色变化判断电泳的迁移速率, 青色染料在1%的琼脂糖凝胶中与3-5kb的迁移速率相同, 黄色染料约与50kb条带的迁移速率相同, 肉眼即可观察电泳进度, 使用方便且电泳图像清晰。本品为即用型产品, 已含有1xloading Buffer, 可根据实验需要, 直接取适量 Marker进行电泳。1000bp Ldder DNA Marker由8条DNA条带组成, DNA条带分别为: 1000bp (50ng/5ul), 2000bp (50ng/5ul), 3000bp (50ng/5ul), 4000bp (100ng/5ul), 5000bp (50ng/5ul), 6000bp (50ng/5ul), 8000bp (50ng/5ul), 8000bp (50ng/5ul)。

使用方法:

1. 电泳时如加样孔孔宽小于6mm, 每次取5ul产品进行电泳, 如加样孔较宽, 可适当增加上样量。
2. 建议电泳的条件为1%琼脂糖凝胶, 电压4-10V/cm, 在紫外条件下观察电泳条带。

注意事项:

1. Agraose的纯度对DNA条带的影响很大，电泳时请使用高质量的Agraose。
2. 琼脂糖凝胶浓度与DNA片段的分离性能有密切关系，电泳时请使用合适浓度的凝胶。
3. 及时更换电泳缓冲液并使用新制备的琼脂糖凝胶，以免影响电泳结果。
4. 在进行电泳时，彻底的溶解混匀，避免反复冻融和污染。

