



广州晶欣生物科技有限公司
检验报告

产品名称：25cm² 细胞培养瓶（透气盖）

产品货号：JX4025T

产品批号：20250412

生产日期：2025 年 4 月 12 日

有效期：2028 年 4 月 10 日

规格：200 个/箱

检测项目	检测标准	检测结果
外观	1、产品无明显缩水变形、无裂痕或缺口，培养孔内无划伤。	符合要求
	2、无可见或易清除的外来物质(蚊虫、异物或毛发等)，无异味;表面无灰尘或油污;	
	3、产品表面气泡和黑点符合要求;	
尺寸	符合图纸要求	符合要求
性能测试	1、经过 TC 处理，培养面具有亲水性，水能均匀平铺培养面无抱团现象。	符合要求
	2、产品 30KPA 压力 4S 内无漏气现象	
内毒素	< 0.06EU/ml	符合要求
细胞毒性	无细胞毒性	符合要求
无菌检测	不得检出	符合要求
细胞培养	细胞状态良好，形态良好	符合要求
辐照灭菌	电子束灭菌，无菌保障水平 SAL=10 ⁻⁶	符合要求



报告日期：2025 年 4 月 13 日