



广州晶欣生物科技有限公司

检验报告

产品名称：50mL 灭菌离心管
产品货号：JEP0500
产品批号：260625
生产日期：2026 年 6 月 25 日
有效期：2029 年 6 月 24 日
规格：25 个/包，20 包/箱

检测项目	检测标准	检测结果
外观	1、无明显缩水变形、无裂痕或缺口	符合要求
	2、无可见或易清除的外来物质（蚊虫、异物或毛发等）、无油污	
	3、气泡和黑点符合要求	
	4、印刷清晰，书写流畅不模糊	
尺寸	符合图纸要求	符合要求
泄露测试	泄露无漏液	符合要求
离心测试	离心 17500g，10min 无漏液、变形	符合要求
冷冻测试	-80℃，24H，无开裂爆管	符合要求
密封性测试	60KPA，180S 下无冒泡渗液	符合要求
DNA 酶/RNA 酶	不得检出 DNA 酶和 RNA 酶	符合要求
细菌内毒素	内毒素< 0.06EU/ml	符合要求
无菌检测	不得检出	符合要求
包装	标签正确、清晰：外箱整洁、内包装无破损	符合要求
灭菌	电子束灭菌，无菌保障水平 SAL=10 ⁻⁶	符合要求

报告日期：2026 年 7 月 2 日

