

# 标准试验销

AN-50B

## 使用说明书



单位名称：深圳市安规检测设备有限公司

售后部地址：深圳市南山区科技园汇景海悦 27 楼

售后部电话：86-0755-26733533

传真：86-0755-26506079

网址：www.szangui.com

邮箱：szan@szangui.com

# 产品装箱单

产品型号：AN-50B

产品名称：试验销

出厂编号：

出厂日期：

产品及配置清单

类目	名称	数量	单位	备注
产品	标准试验销 AN-50B	1	个	
随机文件	产品使用说明书	1	份	
	保修卡	1	份	附说明书内
	装箱单	1	份	附说明书内

☆ 此装箱单所列内容是指包装箱内应包括的设备和资料，不包括可选组件内容。

如您还选用了其他可选零部件，请您在购机时一起检查清楚，谢谢。

.....

.....

## 产品保修卡

尊敬的用户:

您好!承蒙您惠购使用本公司产品, 谨致谢意!

在以后的日子里, 我们会为您提供优良的售后服务, 尽力确保及时解决您的问题。

为了保护您的合法权益, 免除您的后顾之忧, 我公司特向您作出下述说明:

1、产品保证开箱合格, 购买后一周内(凭发票日期)或者收据发现严重质量问题, 经本公司技术部门或授权经销商机构确认后可提供免费更换。

2、说明书请妥善保存, 联系保(维)修。出厂一年内实行免费保修(易损件除外), 一年后, 实行有偿服务, 提供长期技术支持。

3、产品出现故障时, 请将故障现象及参数详细记录, 并传真(或电话)至本部务部门, 本部将在二十四小时内答复您并确认后续的服务进程。

### 维 修 记 录

送修日期	故障描述	处理方式	维修员

服务电话: 86-0755-26717878

传真电话: 86-0755-26506079

邮 箱: szan@szangui.com

## 标准试验销

### 一、产品概述：


标准试验指针销是国际电工委员会推荐用来对电器结构外壳进行防触电试验的仪器，分别符合 IEC61032.1 图 2 标准试验指、图 9 试验针，图 16 试验销标准，同时也符合 GB4706.1、GB2099.1、GB4943.1、GB7000.1 等标准要求，是家用电器制造厂和产品质量检测部门、科研单位检测家用电器产品安全性能必不可少的实验器具。

### 二、技术规格：

1. 标准试验指的指头模拟人的手指，由指头、指中、指座、绝缘手柄、测试引线组成。有两个活动关节，能在 90° 内弯曲。
2. 试验针是按标准 IEC61032 图 9 标注的尺寸加工。
3. 试验销是按标准 IEC61032 图 16 标注的尺寸加工。

### 三、使用方法：

用试验指模拟人的手指与可能带电部件接触，同时用一个触电指示器来显示，一般用灯泡，其电压 40V~50V，如果灯泡发亮，则说明此部件带电，试验针、试验销用于对不同类型（0类、I类、II类、III类）电器孔进行测定，评定电器防触电保护类别。



#### 四. 注意事项:

1. 使用时检查绝缘导线是否导电。
2. 使用后注意轻放，因为非金属材料容易摔断。  
    试验针、试验销：不要放在潮湿处，以防生锈。

深圳市安规检测设备有限公司

2013年01月

\*注：此资料仅供参考，如有修改，恕不通知！