

牛病毒性腹泻抗体（BVDV Ab）酶联免疫分析

试剂盒使用说明书

本试剂盒仅供研究使用。

检测范围：96T

2.0 μ g/mL -48 μ g/mL

使用目的：

本试剂盒用于测定牛血清、血浆及相关液体样本中病毒性腹泻抗体（BVDV Ab）含量。

实验原理

本试剂盒应用双抗原夹心法测定标本中牛病毒性腹泻抗体（BVDV Ab）水平。用纯化的抗原包被微孔板，制成固相抗原，往包被单抗的微孔中依次加入牛病毒性腹泻抗体（BVDV Ab），再与 HRP 标记的抗原结合，形成抗原-抗体-酶标抗原复合物，经过彻底洗涤后加底物 TMB 显色。TMB 在 HRP 酶的催化下转化成蓝色，并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的病毒性腹泻抗体（BVDV Ab）呈正相关。用酶标仪在 450nm 波长下测定吸光度（OD 值），通过标准曲线计算样品中病毒性腹泻抗体（BVDV Ab）浓度。

试剂盒组成

1	30倍浓缩洗涤液	20ml \times 1瓶	7	终止液	6ml \times 1瓶
2	酶标试剂	6ml \times 1瓶	8	标准品（96 μ g/mL）	0.5ml \times 1瓶
3	酶标包被板	12孔 \times 8条	9	标准品稀释液	1.5ml \times 1瓶
4	样品稀释液	6ml \times 1瓶	10	说明书	1份
5	显色剂 A液	6ml \times 1瓶	11	封板膜	2张
6	显色剂 B液	6ml \times 1/瓶	12	密封袋	1个

标本要求

1. 标本采集后尽早进行提取，提取按相关文献进行，提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验，可将标本放于-20 $^{\circ}$ C 保存，但应避免反复冻融
2. 不能检测含NaN₃的样品，因 NaN₃抑制辣根过氧化物酶的（HRP）活性。

操作步骤

1. 标准品的稀释：本试剂盒提供原倍标准品一支，用户可按照下列图表在小试管中进行稀释。


48 μ g/mL	5号标准品	150 μ l的原倍标准品加入 150 μ l标准品稀释液
24 μ g/mL	4号标准品	150 μ l的 5号标准品加入 150 μ l标准品稀释液
12 μ g/mL	3号标准品	150 μ l的 4号标准品加入 150 μ l标准品稀释液
6.0 μ g/mL	2号标准品	150 μ l的 3号标准品加入 150 μ l标准品稀释液
3.0 μ g/mL	1号标准品	150 μ l的 2号标准品加入 150 μ l标准品稀释液

2. 加样：分别设空白孔（空白对照孔不加样品及酶标试剂，其余各步操作相同）、标准孔、待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样 50 μ l，待测样品孔中先加样品稀释液 40 μ l，

然后再加待测样品 10 μ l（样品最终稀释度为 5 倍）。加样将样品加于酶标板孔底部，尽量不触及孔壁，轻轻晃动混匀。

3. 温育：用封板膜封板后置 37 $^{\circ}$ C 温育 30 分钟。
4. 配液：将 30 倍浓缩洗涤液用蒸馏水 30 倍稀释后备用
5. 洗涤：小心揭掉封板膜，弃去液体，甩干，每孔加满洗涤液，静置 30 秒后弃去，如此重复 5 次，拍干。
6. 加酶：每孔加入酶标试剂 50 μ l，空白孔除外。
7. 温育：操作同 3。
8. 洗涤：操作同 5。
9. 显色：每孔先加入显色剂 A 50 μ l，再加入显色剂 B 50 μ l，轻轻震荡混匀，37 $^{\circ}$ C 避光显色 15 分钟。
10. 终止：每孔加终止液 50 μ l，终止反应（此时蓝色立转黄色）。
11. 测定：以空白空调零，450nm 波长依序测量各孔的吸光度（OD 值）。测定应在加终止液后 15 分钟以内进行。

操作程序总结：



计算

以标准物的浓度为横坐标，OD 值为纵坐标，在坐标纸上绘出标准曲线，根据样品的 OD 值由标准曲线查出相应的浓度；再乘以稀释倍数；或用标准物的浓度与 OD 值计算出标准曲线的直线回归方程式，将样品的 OD 值代入方程式，计算出样品浓度，再乘以稀释倍数，

即为样品的实际浓度。

注意事项

1. 试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡 15-30分钟后方可使用，酶标包被板开封后如未用完，板条应装入密封袋中保存。
2. 浓洗涤液可能会有结晶析出，稀释时可在水浴中加温助溶，洗涤时不影响结果。
3. 各步加样均应使用加样器，并经常校对其准确性，以避免试验误差。一次加样时间最好控制在 5分钟内，如标本数量多，推荐使用排枪加样。
4. 请每次测定的同时做标准曲线，最好做复孔。如标本中待测物质含量过高（样本 OD值大于标准品孔第一孔的 OD值），请先用样品稀释液稀释一定倍数（n倍）后再测定，计算时请最后乘以总稀释倍数（ $\times n \times 5$ ）。
5. 封板膜只限一次性使用，以避免交叉污染。
6. 底物请避光保存。
7. 严格按照说明书的操作进行，试验结果判定必须以酶标仪读数为准。
8. 所有样品，洗涤液和各种废弃物都应按传染病物处理。
9. 本试剂不同批号组分不得混用。

保存条件及有效期

1. 试剂盒保存：2-8℃。
2. 有效期：6个月